



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA W WARSZAWIE

ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa- Wesola
tel. (22) 773 59 08, 773 53 29, fax (22) 773 59 09
www.piorin.gov.pl/warszawa, e-mail: wi-warszawa@piorin.gov.pl

Warszawa 22.10.2015 r.

WDA.272.5.2.2015

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu WDA.272.5.2015 ***na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie***, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Treść zapytania nr 1

Czy Zamawiający dla części 6 zgodzi się dla aparatu do elektroforezy oraz zasilacza na gwarancję wynoszącą 12 miesięcy?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuszcza gwarancję 12 miesięcy

Treść zapytania nr 2

Czy Zamawiający w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie umowy zgodzi się aby Wykonawca mógł dokonać ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie do do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź

Tak.

Treść zapytania nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymaganego w cz. 3 świadectwa wzorcowania zgodnego z ISO 17025? Wykonawca oferuje dostarczenie przed dostawą świadectwa wykonania walidacji termicznej termocyklera wydanego przez serwis oraz certyfikatu ISO 90001.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza aby termocykler posiadał świadectwo/raport z walidacji dynamicznych i stałych parametrów termicznych oraz posiadał certyfikat ISO 90001

Treść zapytania nr 4

Zamawiający wymaga, aby wszystkie instrumenty zostały dostarczone wraz z katalogiem Producenta w języku polskim. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie katalogu producenta zestawu do dokumentacji żeli agarozowych w języku angielskim?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie katalogu producenta w języku angielskim

Treść zapytania nr 5

Zamawiający wymaga, aby wszystkie instrumenty zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu CE (certyfikat zgodności), który jest wystawiony przez producenta zestawu do dokumentacji żeli agarozowych oraz zaświadcza o zgodności systemu z dyrektywami Unii Europejskiej?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie certyfikatu CE (certyfikat zgodności), który jest wystawiony przez producenta zestawu do dokumentacji żeli agarozowych oraz zaświadcza o zgodności systemu z dyrektywami Unii Europejskiej

Treść zapytania nr 6

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia zestawu do dokumentacji żeli agarozowych wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści instrument tylko z instrukcją obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź

NIE. Natomiast zamawiający dopuszcza przetłumaczenie instrukcji obsługi na język polski bez zatwierdzenia tłumacza przysięgłego

Treść zapytania nr 7

Zamawiający wymaga aby zestaw do dokumentacji żeli został dostarczony wraz z drukarką termiczną. Dostarczenie drukarki termicznej razem z instrumentem spowoduje podwyższenie całkowitych kosztów zamówienia. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia drukarki termicznej ponosząc tym samym niższy koszt zamówienia?

Odpowiedź

NIE. Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki termicznej zgodnie z SIWZ

Treść zapytania nr 8

Pytanie dot. pakietu nr 2

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „autoklawowalny blat”? Czy Zamawiający miał na myśli możliwość sterylizacji blatu za pomocą światła UV?

Odpowiedź

Pod pojęciem autoklawowalny blat Zamawiający rozumie:

- blat wykonany ze stali nierdzewnej powinien być odporny na wysoką temperaturę ok 121°C i ciśnienie ok 0,1 MPa oraz na sterylizację światłem UV

Kierownik Zamawiającego

Arkadiusz Augustyniak

Z-ca Wojewódzkiego Inspektora