



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA**  
**w Opolu**

WAD.272.3.2019

Opole, dnia 30.04.2019 r.

W związku z pytaniem skierowanym e-mailem w dniu 30 kwietnia b.r. pod adresem Zamawiającego prowadzącego postępowanie, o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wojewódzkiego na potrzeby WIORiN w Opolu w 2019 roku informuję o zajęтым stanowisku:

1. *Czy zamawiający dopuści do oceny autoklaw o średnicy komory 380 mm?*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści autoklawu o średnicy komory 380 mm.

2. *Czy zamawiający dopuści do ceny autoklaw z drukarką termiczną pod warunkiem, że urządzenie posiada wbudowaną pamięć, pozwalającą na przechowanie 200 cykli. Pamięć pozwala na przenoszenie, drukowanie na dowolnym komputerze z drukarką zapewniając trwałą archiwizację historii cykli.*

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści drukarki termicznej.

Stanowisko Zamawiającego nie wymaga dokonania zmian w SIWZ, a termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

w/z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki  
Monika Krawczyk